

## 新北市政府衛生局 函

地址：22006新北市板橋區英士路192之1號3樓

承辦人：江佳穎

電話：(02)22577155 分機2353

傳真：(02)22536548

電子信箱：AQ5750@ntpc.gov.tw



24158

新北市三重區重新路5段646號8樓

受文者：社團法人新北市藥師公會

發文日期：中華民國109年1月30日

發文字號：新北衛食字第1090124604號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關崇仁科技股份有限公司之「"崇仁" 氣閥」（衛署醫器製字第001492號）（型號：BC22，批號：181217、190924）醫療器材回收一案，請惠予轉知所屬會員，如有案內批號產品請勿再使用或販售，並儘速配合回收事宜，請查照。

說明：

- 一、依據宜蘭縣政府衛生局109年1月17日衛食藥字第1090001315號函辦理。
- 二、案係旨揭公司於108年12月26日經中央衛生主管機關通知，於美國衛生主管機關(FDA)網站頃獲一級安全警訊一則，該警訊指出貴公司旨揭產品由於洩壓閥組所排出的氣體壓力低於標準值，故啟動回收。
- 三、為保障民眾使用藥物安全，請惠予轉知所屬會員，如有案內批號產品請勿再使用或販售，並儘速配合回收事宜。

正本：社團法人新北市藥師公會

副本：

局長 陳潤秋

本案依分層負責規定授權業務主管決行