

新北市政府衛生局 函

地址：220205新北市板橋區英士路192之1號3樓
承辦人：江佳穎
電話：(02)22577155 分機2353
傳真：(02)22536548
電子信箱：AQ5750@ntpc.gov.tw



24158
新北市三重區重新路5段646號8樓
受文者：新北市藥師公會

發文日期：中華民國112年3月21日
發文字號：新北衛食字第1120482403號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關永大明儀器股份有限公司製造、販售之「"永大明" 圓筒型蒸氣滅菌器（衛署醫器製字第001495號）」產品違反醫療器材管理法第26條規定一案，請轉知所屬會員，如有案內產品請儘速配合回收事宜，請查照。

說明：

- 一、依據臺中市政府衛生局112年3月15日局授衛食藥字第1120030690號函辦理。
- 二、案係民眾反映診所使用之高壓消毒鍋「"永大明" 圓筒型蒸氣滅菌器（衛署醫器製字第001495號）」，型號DSA(製造日期106.11)及型號EA4(製造日期103.10)，惟經查詢衛生福利部食品藥物管理署許可證查詢系統，案內診所使用之高壓消毒鍋外觀與該許可證略有不同，涉違反醫療器材管理法。
- 三、查旨揭公司製造、販售之「"永大明" 圓筒型蒸氣滅菌器（衛署醫器製字第001495號）」，部分產品外觀與許可證核准內容不符一事，業經臺中市政府衛生局於109年3月31日局授衛食藥字第1090030317號處分書裁處在案，本案回收係屬第



三級危害，基於維護民眾健康安全，請惠予轉知所屬會員，

如有案內產品請儘速配合回收事宜。

正本：社團法人新北市醫師公會、新北市藥師公會、新北市藥劑生公會、新北市醫療器材商業同業公會、新北市西藥商業同業公會、新北市商業會
副本：

局長 陳潤秋

本案依分層負責規定授權業務主管決行

