

## 新北市政府衛生局 函

地址：220205新北市板橋區英士路192之1號3樓  
承辦人：江佳穎  
電話：(02)22577155 分機2353  
傳真：(02)22536548  
電子信箱：AQ5750@ntpc.gov.tw



24158

新北市三重區重新路5段646號8樓

受文者：社團法人新北市藥師公會

發文日期：中華民國112年7月27日  
發文字號：新北衛食字第11214271291號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：有關保吉生化學股份有限公司之「快得利揣耶濟心臟檢測套組」(衛署醫器輸字第016054號)(批號：T13826N)醫療器材回收一案，請惠予轉知所屬會員，如有案內批號產品請勿再使用或販售，並儘速配合回收事宜，請查照。

說明：

- 一、依據保吉生化學股份有限公司112年7月20日吉品字第11207002號函辦理。
- 二、案係旨揭批號產品經原廠發出使用安全通知，該檢驗套組有使用受影響的批號時，在檢驗操作過程，其中肌鈣蛋白可能出現陰性結果有偏差的情況。
- 三、為保障民眾使用醫療器材安全，請惠予轉知所屬會員，如有案內批號產品請勿再使用或販售，並儘速配合回收事宜。

正本：社團法人新北市藥師公會  
副本：

局長 陳潤秋

本案依分層負責規定授權業務主管決行